



防爆等级: ExdIICT4
 防护等级: IP65
 电气连接: 1/2NPT(8个)
 标定方式: 内置光学自动标定
 安装方式: 分析柜内成套安装
 材质要求: 所有与分析介质接触的部件材质均为316SS
 其它要求: 在国内同类装置中至少有五家以上用户、五年以上成功使用经验.

7. 公用工程条件

电源 220Vac±10%, 50HZ±10%
 仪表风 0.6-0.8 MPa(G) 常温
 氮气 0.45 MPa(G) 155°C